「　嫌　気　性　培　養　装　置　」

仕　様　書

平成２７年　１月

国立大学法人　奈良先端科学技術大学院大学

Ⅰ．仕様書概要説明

1　調達の背景および目的

バイオサイエンス研究科には、植物科学領域、メディカル生物学領域、統合システム生物学領域の３専攻がある。環境・資源・エネルギー・食糧問題等の解決に向けた研究、動物細胞・個体が有する様々な生命機能の解明等、どの実験手法にもバクテリアは多く用いられている。

酸素に触れると急激に死滅する嫌気性バクテリアを培養するには、培養環境から酸素を除去する必要がある。嫌気性環境を作るには、気密性の高い嫌気性培養装置が必要で、共通機器として設置すれば、より多くの研究サポートに役立てると期待される。そのため、嫌気性環境を作れる嫌気性培養装置を調達する。

2　調達物品名及び構成内訳

嫌気性培養装置　　一式

以上、搬入、据付、配線、調整一式を含む。

3　技術的要件の概要

3.1 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は「Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。

3.2 技術的要件は、全て必須の要求要件である。

3.3 必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれらを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

3.4 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学「嫌気性培養装置」技術審査職員において入札機器に係る技術仕様書その他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。

4　その他

4.1　技術仕様等に関する留意事項

入札機器は、入札時点で製品化されていること。入札時点で製品化されていない機器によって応札する場合は、技術的要件を満たすことの証明及び納入期限までに製品化され納入できることを保証する資料及び確約書等を提出すること。

4.2　提案に関する留意事項

4.2.1　提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに資料を添付する等して具体的かつ分かりやすく記載すること。従って、本仕様書の技術的要件に対して、単に「はい、できます。」「はい、有します。」といっ

た回答の提案書であるため、評価が困難であると調達側が判断した場合には、技術的要件を満たしていない資料とみなし不合格とするので十分に留意して作成すること。

4.2.2　提出資料等に関する照会先を明記すること。

4.2.3　提案された内容等について、ヒアリングを行う場合があるので誠実に対応すること。

4.3　導入に関する留意事項

4.3.1　導入スケジュールについては、本学と協議しその指示に従うこと。

4.3.2　搬入、据付、配線、調整に要するすべての費用は本調達に含む。

Ⅱ.調達物品に備えるべき技術的要件

(性能、機能に関する要件)

嫌気性培養装置　　一式

1)　嫌気性培養装置の組み立て寸法は、W 1,300 mm×D 700 mm×H 1,500 mm（架台含む）以下であること。
2)　グローブチャンバーのサイズは、W 900 mm×D 550 mm×H 650 mm 以上であること。
3)　エントリーボックスのサイズは、W 300 mm ×D 150mm ×H 300 mm 以上であること。
4)　グローブボックス内に培養孵卵器が装備されていること。
5)　操作パネルは、液晶ディスプレーであり、運転中画面でグローブチャンバー内及びエントリーボックス内のデータを操作できる機能を有すること。
6)　庫内温度、圧力をセンサーで感知しデジタル制御する機能を有すること。
7)　グローブボックス内に器内照明を有すること。
8)　エントリーボックスの内外扉の締結およびガス置換は、自動で実行できる機能を有すること。
9)　混合ガス（N_2、H_2、CO_2）追加流入は、流入キー随時起動・タイマー方式及び定時間隔起動・タイマー時限方式の 2 種方式を有すること。
10)　グローブボックス内に除湿機が装備されていること。
11)　警報機能は、孵卵器温度、グローブチャンバー温度、グローブチャンバー・エントリーボックスへのガス流入時間について異常を検知し、操作パネルに対処方法を表示できる機能を有すること。

(性能、機能以外に関する要件)

1　設置条件等

本調達物品の設置条件等に関し、以下の要件を満たしていること。

1.1　設置場所

本調達物品は、本学バイオサイエンス研究科 D 棟 1 階 101-2 室に設置するものとする。

1.2　設備要件

本学が用意する一次側電源設備は、AC100V±10V・15A（50/60Hz）である。これ以外の電源で稼働する装置には電源変換、周波数変換などの設備を供給者側で用意するものとし、それに係る費用は本調達に含むものとする。

1.3　本システムの搬入、設置を計画する上では以下の条件を考慮すること。

最大ドア開口部　1,300 mm（W）× 2,100 mm（H）

天井高　最小 3,230 mm

設置部面積　最大幅 1,300 mm（W）×700 mm（D）

1.4　搬入、据付、配線、調整

搬入、据付、配線、調整については、業務に支障をきたさないよう、本学の職員と協議の上でその指示によること。また、物品の搬入にあたっては、建物、設備等に損傷を与えないように搬入口、廊下、ドア、及び部屋内等の養生を充分に施すこと。なお、万が一、建物、設備等に損傷を与えた場合は、速やかに本学職員に報告し現況に復元すること。

2　保守体制等

2.1　本装置の修理、部品供給、その他のアフターサービスについては、速やかに対処する体制を有していること。

2.2　保証期間は導入後１年とし、その間に通常の使用により故障及び不具合が生じた場合には、無償にて速やかに修理すること。

2.3　障害対応に関する報告書をその都度提出すること。

3　教育・支援体制等

利用者に対する使用方法及び物品の日常保守についての教育を実施すること。

4　提出書類

取扱説明書（日本語版・英語版）　　各 2 部

5　その他

5.1　本仕様に定められた以外の事項で疑義を生じた場合には、本学の指示に従うこと。

5.2　納入にあたっては、納入時間、納入経路等について事前に協議すること。また、納入が円滑に行われるよう必要な措置をとること。